



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»

вул. Магнітогорська, 1, м. Київ, Україна, 02660

[akp@akp.kiev.ua](mailto:akp@akp.kiev.ua) <http://www.akp.com.ua>

Код за ЄДРПОУ 13698692

Тел.: (380 44)- 501-49-07

Факс: (380 44) 502-89-18

№ 188

Дата: 15.06.2018

Акціонерне товариство «Укргазвидобування»  
04053, Шевченківський р-н, м. Київ,  
вул. Кудрявська, 26/28;

**Тема:** про закупівлю 38430000-8 - Детектори та аналізатори (Установка реєстрації природної гама-активності по трьох елементах -Th, U, K, EGL - 255 (Coretest Systems) або аналог «Detection and analysis apparatus (The EGL-255 Elemental Gamma Logger (Coretest Systems) or analog)»).

**Тендерна пропозиція Учасника "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОС ЛАЙН" (Учасник) не відповідає вимогам тендерної документації, а саме:**

1. В розділі "ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ" "Основні функціональні та технічні вимоги" вказана швидкість переміщення зразка керна від 0,02 до 0,4 см/с. В представленій технічній специфікації на установку SGL - 300(301) вказано від 0,55 до 2,75 фути у хвилину (0,28 ... 1,4 см/с) - нижнє значення не відповідає Технічним вимогам
2. В порівняльній таблиці розділу "ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ" не підтверджено постачання наступних МТР:
  - 2.1 3. Калібрувальний стандарт 200API, діаметром 4" до установки реєстрації природної гама- активності керну - 1 шт.;
  - 2.2 4. Калібрувальний стандарт інертна смола діаметром 4" до установки реєстрації природної гама- активності керну - 1 шт.;
  - 2.3 5. Калібрувальний стандарт 200API, діаметром 2,5" до установки реєстрації природної гама- активності керну - 1 шт.;
  - 2.4 6. Калібрувальний стандарт інертна смола діаметром 2,5" до установки реєстрації природної гама- активності керну - 1 шт.;
3. Учасником, відповідно до п.7 додатку 1 не представлені: копія керівництва з експлуатації і паспорт (чи аналогічний документ що підтверджує технічні характеристики).
4. Інші зауваження:
  - 4.1 В документі «Лист-підтвердження виконання аналогічних договорів» відсутня інформація щодо виконання поставок та/або супроводу засобів вимірювань іонізуючих випромінювань, в т.ч. спектрометрів іонізуючих випромінювань, тобто засобів вимірювальної техніки аналогічних предмету закупівлі.
  - 4.2 Постачання устаткування передбачає постачання калібрувальних джерел іонізуючих випромінювань. Чи може Учасник підтвердити можливість роботи з джерелами іонізуючих випромінювань?

Генеральний директор



О.С.Казимиров