

ВИТЯГ
з ПРОТОКОЛУ № 137 засідання Локальної конфліктної комісії
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м. Київ

08 серпня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

п.2.5 Розгляд скарги ТОВ "Газоаналітичні системи" (код ЄДРПОУ 38555076) № 07/19-257 від 29.07.2019 у закупівлі:

Код ДК 021:2015:	38420000-5 - Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів
Процедура:	19Т-077_Обладнання для вимірювання витрати природного газу
ідентифікатор закупівлі	UA-2019-05-10-001281-a

що проводиться АТ «Укргазвидобування».

ВИРІШИЛИ:

п.4.5 Рішення комісії – Задовольнити.

Обґрунтування

Проаналізувавши всі обставини локальна конфліктна комісія АТ "Укргазвидобування" дійшла висновку щодо наявних порушень нормативних документів Товариства під час визначення переможцем процедури закупівлі: "19Т-077_Обладнання для вимірювання витрати природного газу. 38420000-5 - Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Обладнання для вимірювання витрати природного газу)" учасника ТОВ "САП-ІНЖИНІРИНГ", а саме:

1. Учасник не підтвердив відповідність кваліфікаційним критеріям (п.8 Додатку 1 документації допорогової закупівлі - не завантажено документи, де описується досвід постачання МТР за останній рік та відгуки на підтвердження досвіду поставки аналогічних МТР(менше двох) та п.10 Додатку 1 документації допорогової закупівлі - відсутній документ щодо претензій до якості (комплектності) в результаті постачання МТР на підприємствах АТ «Укргазвидобування» за останні 12 місяців;

2. Запропонована продукція Учасника не відповідає технічним вимогам і якісним характеристикам, вимогам Додатку 2 документації допорогової закупівлі - перетворювач вимірювальний абсолютного тиску з вихідним сигналом HART, з верхньою межею вимірювання абсолютного тиску 55 кгс/см², границями основної зведеної похибки не гірше $\pm 0,025$ % (Перетворювач вимірювальний абсолютного тиску EJX610A, котрий запропонований учасником має похибку $\pm 0,04$ % зазначених у "Технічних характеристиках" виробника).

Відмінити Протокол вибору переможця допорогової закупівлі №19Т-077 від 25.07.2019 року.

5.2 Думки членів конфліктної комісії, що відмінні від прийнятого рішення, рекомендації комісії Тендерному комітету АТ "Укргазвидобування" відмінити Протокол вибору переможця допорогової закупівлі №19Т-077 від 25.07.2019 року.

Витяг з протоколу засвідчую.

Секретар Локальної конфліктної комісії
12.08.2019 р.



А.Ю. Рибалко