

Провідна українська компанія з комплексного забезпечення підприємств контрольно-вимірвальними приладами і автоматикою  
Вих: №011/УПП від 09.01.2020 р.

**Голові Тендерного комітету  
філія «УГВ-Сервіс»  
АТ «Укргазвидобування»**

ТОВ «СП Укрпромпоставка» наполягає на відхиленні пропозиції ТОВ «ЗАВОД МАНОМЕТР» ЛОТ 1, як таку, що не відповідає технічним вимогам тендерної закупівлі УГВ-Сервіс 19Т-143\_код 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів\_(Манометри в асортименті або аналог з характеристиками не гірше).

Посилаючись на Протоколи відхилень № УГВ-Сервіс 19Т-143 Лот №1 від «24» грудня 2019 р. та «03» січня 2020 р. де зазначено, що:

*«Манометри належать до засобів вимірвальної техніки, сфера застосування яких знаходиться в площині законодавчо регульованої метрології, тобто визначальним об'єктивним документом для оцінки та підтвердження технічних характеристик приладів є Сертифікат перевірки типу, виданий незалежним призначеним органом з оцінки».*

Таким чином, ТОВ «ЗАВОД МАНОМЕТР» в складі пропозиції надано інформацію про технічні характеристики запропонованих приладів, яка є недостовірною, оскільки:

1. за всіма позиціями Переліку в Лоті № 1: «заповнення поліметилсілоксановою рідиною ПМС-300 (ПМС-300)» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**
2. за всіма позиціями Переліку в Лоті № 1: «температура зовнішнього середовища температура – 45 °С + 70 °С» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 від мінус 50 °С + 70 °С. Учасником надано суперечливу інформацію в Технічних вимогах.
3. за всіма позиціями Переліку в Лоті № 1: «корпус нержавіюча сталь» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**
4. за всіма позиціями Переліку в Лоті № 1: «кліматичне виконання УХЛ1» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**
5. за всіма позиціями Переліку в Лоті № 1: «Вага не більше 1,6 кг» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**
6. за всіма позиціями Переліку в Лоті № 1: «кліматичне виконання УХЛ1» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**
7. за всіма позиціями Переліку в Лоті № 1: «Трубка Бурдона –залізонікелевий сплав; механізм – нержавіюча сталь; тримач – нержавіюча сталь» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**

**ТОВ «СП Укрпромпоставка» - офіційний дилер ведучих виробників:**

- Honeywell - датчики тиску, рівноміри, витратоміри, газоаналізатори, регістратори
- НПП УАМ, Україна - манометри.
- Sika, Германия – прилади контролю та калібрувальна техніка
- НПК ВИП, РФ – малогабаритні датчики тиску
- Теплоконтроль, РФ – термометри манометричні ТКП

- ПКП Чебоксары/электропривод, РФ механізми МЕО, МЕОФ
- Электротермометрия, Украина - термоперетворювачі
- Тера, Украина - датчики температури
- РОСС, Украина - газоаналізатори
- Промприлад, Украина - дифманометри, лічильники газу
- СКБ Приборы и системы, РФ – вимірювання тиску і рівня
- Автоматика, Воронеж - засоби автоматизації

підприємство ТОВ "СП Укрпромпоставка" надає услуги з ремонту вимірвальної техніки



Провідна українська компанія з комплексного забезпечення підприємств контрольно-вимірювальними приладами і автоматикою

На підставі вищевикладеного, просимо відхилити пропозицію ТОВ «ЗАВОД МАНОМЕТР» ЛОТ 1, як таку, що не відповідає технічним вимогам тендерної закупівлі УГВ-Сервіс 19Т-143\_код 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів\_(Манометри в асортименті або аналог з характеристиками не гірше) та скасувати закупівлю для лоту 1, бо технічні характеристики манометрів завищені і обладнання усіх учасників не відповідають вимогам тендерної закупівлі.

Генеральний директор



Паславський С. В.

**ТОВ «СП Укрпромпоставка» - офіційний дилер ведучих виробників:**

- Honeywell - датчики тиску, рівноміри, витратоміри, газоаналізатори, реєстратори
- НПП УАМ, Україна - манометри.
- Sika, Германия – прилади контролю та калібрувальна техніка
- НПК ВИП, РФ – малогабаритні датчики тиску
- Теплоконтроль, РФ – термометри манометричні ТКП

- ПКП Чебоксары-электропривод, РФ – механізми МЕО, МЕОФ
- Електротермометрия, Україна - термоперетворювачі
- Тера, Україна - датчики температури
- РОСС, Україна - газоаналізатори
- Промприлад, Україна - дифманометри, лічильники газу
- СКБ Приборы и системы, РФ – вимірювання тиску і рівня
- Автоматика, Воронеж - засоби автоматизації

підприємство ТОВ "СП Укрпромпоставка" надає услуги з ремонту вимірювальної техніки