

Вих.: УП228
Дата: 03.04.2020р.

СУБ'ЄКТ ОСКАРЖЕННЯ: ТОВ «СП Укрпромпоставка»
у особі Генерального директора
Паславського Сергія Васильовича
e-mail: sales_6@prompribor.com.ua
код ЕДРПОУ 38878062
Місцезнаходження:
61177, м. Харків, пров. Пластичний, 9.

ЗАМОВНИК: АТ «Укргазвидобування» в особі філії
ГПУ «Львівгазвидобування»
код ЕДРПОУ 40444061
Місцезнаходження:
79026, м. Львів, вул. Рубчака, 27.

Інформація про закупівлю:

Ідентифікатор закупівлі: № у ЦБД UA-2020-03-16-002452-b
ID c04e3972a1f6447ba35ed1693524b4d5

Дата коли суб'єкту оскарження стало відомо про
неправомірні дії Замовника – 03.04.2020 р.

27.03.2020 року Замовником закупівлі АТ «Укргазвидобування» в особі філії ГПУ «Львівгазвидобування» було проведено аукціон допорогової закупівлі «ЛГВ 20Т-016_Манометр-термометр гирловий PPS-31 Pioneer або аналог».

Наша пропозиція, за результатами електронного реверсивного аукціону, була визначена економічно вигіднішою, але була відхилена з формулюванням – "запропонований предмет закупівлі не відповідає технічним та якісним характеристикам, встановленим Замовником документацією процедури закупівлі" на підставі абзацу 4 п. 4.5. розділу 4 Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ "Укргазвидобування" під час закупівель товарів, робіт та послуг затвердженого рішенням Правління АТ "Укргазвидобування" від 18 лютого 2019 р. № 371 введеного в дію наказом Товариства від 18 лютого 2019 р. № 116 (Протокол відхилення пропозицій учасників допорогової закупівлі № ЛГВ 20Т-016-відх. від 02.04.2020 р.)

Скаржник не може погодитися з таким рішенням та вважає дії Замовника такими, що порушують його права та інтереси, умови Тендерної документації закупівлі, також ці дії порушують ЗУ «Про публічні закупівлі».

ТОВ «СП Укрпромпоставка» - офіційний дилер провідних виробників

- Honeywell – датчики тиску, витратоміри, газоаналізатори, реєстратори.
- Sika – прилади контролю та калібрувальна техніка.
- Теплоконтроль, – термометри манометричні ТКП.
- ПКП Чебоксары електропривод – механізми МЕО, МЕОФ.
- НВП «УАМ» – манометри, біметалеві термометри, термоманометри.
- Електротермометрія – термометри перетворювачі.
- Тера – датчики температури.
- РОСС – газоаналізатори.
- СКБ Приборы и системы – вимірювання тиску і рівня

12.03.2020 р. Замовнику було передано для дослідної експлуатації прилад ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ ТА ТЕМПЕРАТУРИ ЛТПТ07-75,0-0,03-А3-А. То, що Замовник планує проведення аукціону на закупівлю аналогічних приладів і їх технічні характеристики нам було не відомо. Аукціон на закупівлю «ЛГВ 20Т-016_Манометр-термометр гирловий PPS-31 Pioneer або аналог» був оголошений 16.03.2020 р.

При оцінюванні нашої пропозиції Замовник взяв до уваги прилад, який ми надали для дослідної експлуатації, але його технічні характеристики і модифікація відрізняються від приладу, запропонований нами для аукціону. Замовник не мав право так чинити, це порушення умов оцінювання тендерних пропозицій.

Підставами про відхилення нашої пропозиції Замовник зазначив наступне:

№ п/п	Технічні вимоги згідно документації допорогової закупівлі	Технічні вимоги запропоновані Учасником	Обґрунтування/підтвердження
1	Робоча температура: від -40°C до +80 °C;	Робоча температура: від -40°C до +60 °C;	Фото задньої стінки приладу, який ТОВ "СП Укрпромпоставка" надало на випробування

Запропонований нами на аукціон перетворювача тиску та температури ЛТПТ07-75.0-0.03-А3-А може працювати без зниження технічних характеристик у діапазоні від -40°C до +80 °C (п. 1.2.3 настанови з експлуатації).

2	Роздільна здатність вимірювання тиску: 0,0003 %ПШ	0,03%ПШ	Фото екрану приладу, який ТОВ "СП Укрпромпоставка" надало на випробування
---	---	---------	---

Роздільна здатність запропонованого нами на аукціон перетворювача тиску та температури ЛТПТ07-75.0-0.03-А3-А: 4 знаки після коми (п. 1.4.1 настанови з експлуатації).

4	Програмне забезпечення для програмування манометрів, сумісне з ОС Windows 10/8/7;	<u>Програмування та зчитування даних з архіву здійснюється на смартфон по протоколу Bluetooth LE (версія Android – не нижче 5.0, версія Bluetooth – не нижче 4.0) за допомогою комплектного програмного забезпечення.</u>	П. 1.4.14 Настанови з експлуатації
---	---	---	------------------------------------

У запропонованого нами на аукціон перетворювача тиску та температури ЛТПТ07-75.0-0.03-А3-А є програмне забезпечення для калібрування і налаштування, сумісне з ОС Windows 10/8/7 (п. 1.5, Таблиця 1 настанови з експлуатації).

5	Внутрішній давач температури	Зовнішній давач температури	П. 1.6.1 Настанови з експлуатації, фото приладу
---	------------------------------	-----------------------------	---

У запропонованого нами на аукціон перетворювача тиску та температури ЛТПТ07-75.0-0.03-А3 конструктивна модифікація з внутрішнім давачем температури

ТОВ «СП Укрпромпоставка» - офіційний дилер провідних виробників

- Honeywell – датчики тиску, витратоміри, газоаналізатори, регістратори.
- Sika – прилади контролю та калібрувальна техніка.
- Теплоконтроль, – термометри манометричні ТКП.
- ПКП Чебоксарыэлектропривод – механізми МЕО, МЕОФ.
- НВП «УАМ» – манометри, біметалеві термометри, термоманометри.
- Електротермометрія – термоперетворювачі.
- Тера – датчики температури.
- РОСС – газоаналізатори.
- СКБ Приборы и системы – вимірювання тиску і рівня

6	Бездротова передача даних (в одному корпусі з манометром)	Бездротова передача даних в одному корпусі з термоперетворювачем : до 100 м в зоні прямого поля зору.	П. 1.4.15 Настанови з експлуатації
---	---	---	------------------------------------

У запропонованого нами на аукціон перетворювача тиску та температури ЛТПТ07-75.0-0.03-А3 бездротова передача даних в одному корпусі з перетворювачем. (п. В.2.1 настанови з експлуатації).

Перетворювача тиску та температури ЛТПТ07-75.0-0.03-А3 має рідкокристалічний дисплей з 14 символами, який відображає всю необхідну інформацію в форматі ЧАС/ТИСК/ТЕМПЕРАТУРА, згідно вимог тендерної документації «ЛГВ 20Т-016_Манометр-термометр гирловий PPS-31 Pioneer або аналог».

Запропонований нами прилад має такі ж технічні характеристики, як і манометр-термометр гирловий PPS-31 Pioneer, але значно нижче за ціною бо виготовляється в Україні. Також хочемо звернути увагу на те, що наша цінова пропозиція на 440 008 гривень нижче, ніж пропозиція компанії, яка за результатами аукціону є на другому місці за ціною.

Вищевказані факти свідчать, що наша пропозиція відповідає технічним вимогам, які прописані в технічній документації допорогової закупівлі «ЛГВ 20Т-016_Манометр-термометр гирловий PPS-31 Pioneer або аналог».

ПРОСИМО:

1. Прийняти наші пояснення до розгляду.
2. Скасувати відхилення пропозиції ТОВ «СП Укрпромпоставка».
3. Признати пропозицію ТОВ «СП Укрпромпоставка» як, ту що відповідає технічній документації допорогової закупівлі ЛГВ 20Т-016_Манометр-термометр гирловий PPS-31 Pioneer або аналог» з найнижчою ціною.

Лист з поясненнями від виробника додається.

Генеральний директор



Паславський С. В.

Виконавець:

Захаров Дмитро Іванович
Тел.: 068-767-12-27
Email: Sales_6@prompribor.com.ua

ТОВ «СП Укрпромпоставка» - офіційний дилер провідних виробників

- Honeywell – датчики тиску, витратоміри, газоаналізатори, реєстратори.
- Sika – прилади контролю та калібрувальна техніка.
- Теплоконтроль, – термометри манометричні ТКП.
- ПКП Чебоксарыэлектропривод – механізми МЕО, МЕОФ.
- НВП «УАМ» – манометри, біметалеві термометри, термоманометри.
- Електротермометрия – термоперетворювачі.
- Тера – датчики температури.
- РОСС – газоаналізатори.
- СКБ Приборы и системы – вимірювання тиску і рівня