

Вих.: УП9/18
Дата: 11.05.2021 р.

Голові Тендерного комітету
Філії ГПУ «Львівгазвидобування»
АТ «Укргазвидобування»

29.03.2020 року Замовником закупівлі АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Львівгазвидобування" було оприлюднено інформацію про початок процедури закупівлі ЛГВ21Т-025_Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів в асортименті_38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-29-006188-b). Тендерні пропозиції подали чотири компанії: ТОВ "СП Укрпромпоставка" (код ЄДРПОУ 38878062), ТОВ МБС-Інжиніринг (код ЄДРПОУ 38591355), ТОВ "НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38781431), ТОВ "НАФТОГАЗ ІНЖИНІРИНГ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42469795).

Обладнання багатопараметричний давач тиску Модель EJX910A (виробник Yokogawa), яке запропонували компанії ТОВ "НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС", ТОВ "НАФТОГАЗ ІНЖИНІРИНГ ПРОЕКТ" не відповідає технічним вимогам тендерної документації.

20.04.2021 р. на торгівельний майданчик сайту SmartTender було задано уточнююче питання щодо сумарної похибки термоперетворювача приладу із термоперетворювачем опору. Де Замовник підтвердив, що вона не перевищує $\pm 0,5$ °С.

Багатопараметричний давач тиску Модель EJX910A має допустиму похибку вимірювання температури $\pm 0,5$ °С без врахування похибки термоперетворювача (офіційний сайт виробника обладнання Yokogawa http://www.yokogawa.ru/products/kip/pressure_measurement/ejx-a/). Відповідно до технічних вимог тендеру максимальна допустима похибка перетворення температури з підключеними термоперетворювачами має бути не більше $\pm 0,5$ °С.

В закупівлі ПГВ18(Т)-147_Лот №2. Перетворювачі тиску багатопараметричні (Ідентифікатор закупівлі: UA-2018-06-15-001584-a) ТОВ "НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС" надало файл з технічними характеристиками багатопараметричного давача тиску модель EJX910A де зазначено похибка вимірювання температури $0,5$ °С без врахування похибки температури.

На підставі вищевикладеного, просимо відхилити пропозиції ТОВ "НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС", ТОВ "НАФТОГАЗ ІНЖИНІРИНГ ПРОЕКТ", як такі, що не відповідають технічним вимогам тендерної закупівлі ЛГВ21Т-025_Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів в асортименті_38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-29-006188-b).

Генеральний директор



Паславський С. В.

ТОВ «СП Укрпромпоставка» - офіційний дилер провідних виробників

- Honeywell – датчики тиску, витратоміри, газоаналізатори, регістратори.
- Sika – прилади контролю та калібрувальна техніка.
- Теплоконтроль, – термометри манометричні ТКП.
- ПКП Чебоксарыелектропривод – механізми МЕО, МЕОФ.
- НВП «УАМ» – манометри, біметалеві термометри, термоманометри.
- Електротермометрія – термоперетворювачі.
- Тера – датчики температури.
- РОСС – газоаналізатори.
- СКБ Приборы и системы – вимірювання тиску і рівня